



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" "04" 2018 року

№ 602-123-20-1/ 30998

**Об'єкт експертизи:** Термобокси «GLEWDOR»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 22.2-37783808-004:2018 Термобокси «GLEWDOR». Технічні умови.

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул:** 22.22.19

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** призначені для тимчасового зберігання та/або транспортування термолабільної продукції та компонентів крові у медичній, фармацевтичній та харчовій галузях

**Країна-виробник** ТОВ «ГЛЮДОР» 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 53А, оф. 103. Адреса потужностей виробництва: Київ, вул. Вацлава Гавела 8, корп. 12.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ГЛЮДОР» 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 53А, оф. 103, Код за ЄДРПОУ 37783808

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: мідь - 1,0; формальдегід -0,1; свинець-0,03; кадмій-0,001; метиловий спирт- 0,2; пропиловий спирт- 0,1; бутиловий спирт – 0,5 відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Термобокси «GLEWDOR»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** на термін дії ТУ У 22.2-37783808-004:2018 Термобокси «GLEWDOR». Технічні умови.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 7158 від 27.06.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/