



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Цевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2785

Об'єкт експертизи: Холодильники фармацевтичні, аптечні торговельної марки Medgree Marecos: моделі: MLRE 36 G, MLRE 66 G, MLRE 150 G, MLRE 350 G, MLRE 450 G, MPRA 66 G, MPRA 150 G, MPRA 350 G, MPRA 450 G, MLRA 700 G, MLRA 1400 G

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 8418

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: у побуті, для лабораторій, аптек, фармацевтичних підприємств, медичних та науково-дослідних закладах; закладів служби крові та інших підприємств, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Португалія, "Olitrem - Indústria Refrigeração S.A.", Rua Armando Marecos, 2026-701 Tremês

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ГЛЮДОР", Україна, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 53 А, офіс 103, код за ЄДРПОУ 37783808

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції у модельне водне середовище (ДКМ, мг/дм³, не більше): заліза – 0,3; нікелю – 0,1; бору – 0,5; алюмінію – 0,5; хрому (Cr³⁺ та Cr⁶⁺ сумарно) – 0,1; марганцю – 0,1; фтору (фтор-іон сумарно) – 0,5 відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами. Напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР – 0,5 кВ/м відповідно до "Державних санітарних норм і правил захисту

населення від впливу електромагнітних випромінювань”, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень звуку не більше ГДР – 50 дБА згідно СН “Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови” (затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за № 281/33252).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Холодильники фармацевтичні, аптечні торговельної марки Medgree Marecos: моделі: MLRE 36 G, MLRE 66 G, MLRE 150 G, MLRE 350 G, MLRE 450 G, MPRA 66 G, MPRA 150 G, MPRA 350 G, MPRA 450 G, MLRA 700 G, MLRA 1400 G за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: на п’ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об’єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров’я людей, сфери застосування, умов застосування об’єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров’я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21


e-mail: info@imtuik.org.ua;

www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4860 від 30 грудня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

Ищайкин К.С.

(ініціали та прізвище)

М.П.